

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ



ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Научно-производственное республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации",
зарегистрировано Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100219737,
место нахождения (адрес юридического лица): Республика Беларусь, Минская обл., 220053, г. Минск, ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208
номер телефона: +375 17 269 68 89, адрес электронной почты: it@belgiss.by
в лице директора Скуратова Александра Геннадьевича
заявляет, что комплекс для обнаружения металлических предметов электронный «ЭТАЛОН 6.01»;

изготовитель: Научно-производственное республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации";
место нахождения: Республика Беларусь, Минская обл., 220053, г. Минск, ул. Новаторская, д. 2А, каб. 208;
продукция изготовлена по техническим условиям ТУ ВУ 100219737.004-2017. «Комплекс для обнаружения металлических предметов электронный «ЭТАЛОН 6.01»
код ТН ВЭД ЕАЭС 8543709000;
серийный выпуск

соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Декларация о соответствии принята на основании: протоколов испытаний: № 18465 ЭБ от 04.05.2022, № 18522 ЭМС от 06.05.2022 выданных научно-производственным республиканским унитарным предприятием «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации», испытательный центр, аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0085.

Схема декларирования соответствия – 3д

Дополнительная информация: ГОСТ 30969-2002 (МЭК 61326-1:1997) «Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения»; ГОСТ ИЕС 61010-1-2014 «Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования».

Комплексы должны храниться в индивидуальной упаковке в закрытых сухих вентилируемых помещениях. При складировании комплексов в индивидуальной упаковке допускается их расположение друг на друге не более чем в три ряда. Комплекс обеспечивает обнаружение всех видов магнитных и немагнитных, металлических предметов и их сплавов с минимальными размерами. Комплекс предназначен для эксплуатации в следующих климатических условиях: температура окружающего воздуха от минус 20 °С до плюс 55 °С; относительная влажность воздуха до 99 % при температуре плюс 25 °С. Гарантийный срок эксплуатации комплекса «ЭТАЛОН 6.01» – 24 месяца со дня продажи (поставки).

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 01.06.2027 включительно.

(подпись)

М.П.

Скуратов Александр Геннадьевич

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР004 000.00 08291

Дата регистрации декларации о соответствии: 02.06.2022